

ÇİFT BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİ DENEY DÜZENEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. TEKNİK ÖZELLİKLER

1. PLC panolu Paslanmaz Çelik Çift Borulu [Cr-Ni 1"-1/2" Borulu] olmalıdır.
2. PLC Pano ve Sensör PT100 Termokupl Montajı yapılmalıdır.
3. Paslanmaz Çelik Çift Boru İmalatı (Çap 1"-1/2") yapılmalıdır.
4. Şamandıralı Flowmetre Montajı 1-25 l/dk aralıklı debi ayarlı olmalıdır.
5. Su Isıtıcı Termosifon 50 L. Montajı yapılmalıdır.
6. Sirkülasyon Pompası 3 Hızlı 1" Montajı Bronz Gövdeli olmalıdır.
7. Sirkülasyon Pompası 3 Hızlı 1/2" Montajı Bronz Gövdeli olmalıdır.
8. PPRC Kompozit Boru Sistem Montaj İşçiliği Ftıngs ve Armatürler içermelidir.