

CLEVENGER DÜZENEĐİ 6000 ML TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Cam düzeneđ yerli malı olmalıdır.
2. Borosilikat 3,3 borudan imal edilmiŐ olmalıdır.
3. Cam düzeneđ 6000 ml hacimli ve 10 ml taksimatlı olmalıdır.
4. Cam düzeneđ ; musluk, soĐutucu, buhar tutucu, numune koyma haznesi nden oluŐmalıdır.
5. Kıskađ, hortum ve büret standını da içermelidir.
6. Düzeneđe ait Őilif 45*40 olmalıdır.
7. Düzeneđin ölçü tüpü hacmi 10 ml olmalıdır.
8. Cihaza ait teklif sunan firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi,İSO 9001 Kalite Belgesi bulunmalıdır.