

SOXHELET SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. LABORATUAR VE ODA KOŞULLARINDA ÇALIŞACAK MASA ÜSTÜ TİPTE OLMALIDIR.
2. CİHAZIN KULLANILABİLİR HACMİ 250ml OLMALIDIR.
3. CİHAZ DÖRT AYAK TEMASLI OLMALIDIR.
4. CİHAZ EN AZ 6 BALON KAPASİTELİ OLMALIDIR.
5. SİSTEMDE KULLANILAN CAMLAR BOROSİLİKAT ÜRÜN OLMALIDIR.
6. 6 ADET 250 ML BALON, 6 ADET BULLU SOĞUTUCU (150 ML) VE 6 ADET EKSTRAKTÖR İÇERMELİDİR.
7. SİSTEMLE BİRLİKTE BALON ISITICIYA BAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ OLAN NİVO VE KISKAÇLAR YETERLİ SAYIDA VERİLMELİDİR.
8. SİSTEMLE BİRLİKTE 25 ADETLİK 1 PAKET 33X80 ÖLÇÜSÜNDE SELÜLOZDAN MAMUL KARTUŞ VERİLMELİDİR.
9. CİHAZIN SICAKLIK ÇALIŞMA SINIRLARI MAX. 350°C OLMALIDIR.
10. CİHAZIN ISI KONTROL SİSTEMİ ELEKTRONİK ANALOG TERMOSTATLI OLMALIDIR.
11. CİHAZIN BESLEME GERİLİMİ 220V/50Hz OLMALIDIR.
12. CİHAZIN KURULU GÜCÜ 1200W OLMALIDIR.
13. CİHAZ İLE BİRLİKTE 6 ADET BALON TUTUCU MİL VERİLMELİDİR.
14. CİHAZIN DIŞ YÜZEY YAPISI ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ÇELİK SACTAN OLMALIDIR.
15. İMALATÇI FİRMANIN ISO 9001,ISO 13485 VE TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ,SANAYİ BAKANLIĞI HİZMET YETERLİLİK BELGELERİ OLMALIDIR.
16. ÜRÜN CE İŞARETİ TAŞIMALIDIR.
17. CİHAZ 2 YIL GARANTİLİ OLUP, 10 YIL YEDEK PARÇA VE SERVİS GARANTİLİ OLMALIDIR.
18. CİHAZLA BİRLİKTE TÜRKÇE YAZILMIŞ KILAVUZ KİTAPÇIĞI VE GARANTİ BELGESİ VERİLMELİDİR.